ENGLISH

Rx Only

COBLATOR™ II EVAC™ PLASMA WAND® Device With Integrated Cable

Instructions for Use

INDICATIONS FOR USE

EVAC Wands are indicated for ablation, resection, and coagulation of soft tissue and hemostasis of blood vessels in otorhinolaryngology (ENT) surgery including tonsillectomy, adenoidectomy, and ear, nose, and throat surgeries; nasal turbinectomy; and for the control of hemorrhage; control, nasal airway obstruction by reduction of hypertrophic nasal turbinates, nasopharyngeal and laryngeal indications including tracheal procedures, laryngeal polypectomy, and laryngeal vocal cord nodules; neck mass, papilloma keloids, submucosal palatal shrinkage, submucosal tissue shrinkage, hypertrophic inferior turbinates (palatine tonsils), traditional uvulopalatoplasty (RAUP), tumors, and tissue in the oral/soft palate for the treatment of snoring. It is intended for procedures using a conductive media, such as normal saline or Ringer's lactate.

CONTRAINDICATIONS

EVAC Wands are contraindicated in the following: non-endoscopic procedures for functional endoscopic sinus surgery; procedures where a conductive irrigant is not used; and patients with cardiac pacemakers or other electronic device implants.

⚠ **WARNINGS and PRECAUTIONS**

Warnings:

Post-Tonsillectomy Hemorrhage

- Post Tonsillectomy Hemorrhage (PTH) is a potentially serious complication that has been widely reported in literature for both adult and pediatric patients. It is reported to occur following use of COBLATION™ devices as well as following use of other methods.
- Physicians should carefully follow the instructions particularly the Operator Training Requirements and Key Steps in System Use, to reduce the risk of PTH.
- During, and at the conclusion of the procedure, physicians should carefully inspect the wound to ensure adequate coagulation at all treated sites.
- Physicians should carefully monitor patients post-operatively for signs of PTH and promptly treat PTH, if observed.
- Physicians should be aware of the risk of PTH in adult and pediatric patients and explain to patients and their caregivers the risks for and symptoms of PTH. Physicians should recommend the patient seek immediate medical attention.

General Use

- PLEASE READ THE USER'S MANUAL WHICH IS PROVIDED WITH THE COBLATOR™ II SYSTEM PRIOR TO USING THE DEVICE. THE CONTROLLER MUST BE SET UP AND DESIGNED TO BE OPERATED AS A UNIT.
- The Wand is supplied sterile and intended for SINGLE USE ONLY. DO NOT clean, resterilize, or reuse the Wand. This may damage or compromise the performance of the device resulting in product malfunction, failure, or patient injury. Cleaning, resterilization, or reuse of the Wand may also expose the patient to the risk of transmitting infectious diseases or result in irregular wear of the electrodes leading to malfunction.
- The product is sterilized using radiation.
- Not made with natural rubber latex.

DISPOSAL

The device must be disposed of in accordance with applicable government regulations, and the Medical Waste Management Plan for the facility.

MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

Please refer to the User's Manual for operating and troubleshooting guidelines for the COBLATOR II System.

CUSTOMER SERVICE

Warranty Information

This product is guaranteed for materials, function and workmanship for single patient use only. DO NOT REUSE. **THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, AND/OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS, AND/OR SUITABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ARTHROCARE.**

Product Complaints & Return Authorization

All questions, complaints, or return authorization requests should be directed to Customer Service or an authorized representative.

ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX. 78735 U.S.A.
Phone: (800) 343-5777
www.arthrocare.com

Smith & Nephew
Orthopaedics GmbH
Alemannenstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany
ec.ep@smith-nephew.com

SYMBOLS KEY

REF	Catalogue Number
LOT	Lot Number
	Use-by Date
	Consult Instructions for Use
	Do not reuse
	Do not resterilize
	Do not use if package is damaged
	Keep dry
	Keep away from sunlight
	Caution
	Denotes the presence of Phthalates: Bis(2-ethylhexyl) phthalate
STERILE R	Sterilized using irradiation
	Manufacturer
EC REP	Authorized Representative in the European Community

Rx Only

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

CE mark and identification number of Notified Body. The product meets the essential requirements of the Medical Device Directive (93/42/EEC).

*Trademark of Smith & Nephew.

These products may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.

© Smith & Nephew 2018.

5. For surgical applications that require delivery of conductive media (e.g. saline, Ringer's lactate) to the tip of the Wand, the COBLATOR II system uses a combination of gravity and a flow Control Unit to deliver saline to the tip of the Wand.
6. Attach the Flow Control Valve Unit to an IV pole by placing the rear clamp onto the shaft of the pole. Secure the unit to the pole by turning the knob clockwise.

   Make sure the Flow Control Valve Unit connectors are completely dry before use.
7. Connect one end of the Flow Control Cable into the Back Flow Control Valve Unit and the other to the Controller and the other end into the receptacle on the rear of the Flow Control Valve Unit. The ends of the Flow Control Cable are interchangeable.
8. Connect the suction tubing to the suction handpiece and surgical suction.

   NOTE: Visually monitor and periodically reinspect the suction connections to the Wand and the vacuum source throughout the procedure. Failure to use of the Wand to confirm that fluid outflow is directed away from the operative field and to the appropriate receptacle.

⚠ **CAUTION:** User should control irrigant dripping from the Wand when not in the treatment area to avoid potential burns.

⚠ **CAUTION:** Avoid contact between suction line and patient as evacuated irrigant may be hazardous potentially resulting in patient burns.
9. Close the roller clamp fully on the irrigation tubing on the Wand.
10. Spike the irrigation bag with the Wand irrigation tubing and hang it on the IV pole.

    NOTE: The irrigation bag must be higher than the patient to provide gravity flow. 3 feet is recommended.
11. Press the Flow Activation Switch located on the front of the Flow Control Valve Unit to 'On' position and momentarily activate the Flow Override Button on the front of the Flow Control Valve Unit will illuminate indicating that the Flow Control Valve Unit is activated.
12. Load the Wand irrigation delivery tubing set into the pinch valve located on the front of the Flow Control Valve Unit. This is facilitated by pressing the section of irrigation tubing to be pinched by the valve.
13. Set the flow rate with the roller clamp on the irrigation tubing and the flow rate is displayed next to the rate for the Wand being used.

    NOTE: For the EVAC 70 Wand, set the roller clamp wide open to achieve a continuous flow of irrigant during COBLATION.

⚠ **CAUTION:** When priming Wand irrigation line and setting flow rate, hold Wand tip away from patient to avoid inadvertent fluid spray to the patient.
14. Press the Flow Activation Switch located on the front of the Flow Control Valve Unit to 'Off' position (i.e. the green light on the front of the Flow Control Valve Unit will not be illuminated. The system is now ready for use.

⚠ **CAUTION:** DO NOT activate the Foot Control until the Wand is in contact with tissue.

⚠ **CAUTION:** User should be cognizant of potential electrical stimulation of muscle tissue during COBLATION.

⚠ **CAUTION:** Saline can become warm when flowing through the Wand. Avoid allowing saline to fall in areas not being treated. When priming or clearing to the Wand, be sure that the tip is swept to collect the saline. User or patient thermal injury (burns) may occur.
16. Under direct or endoscopic visual guidance, place the tip of the Wand device against tissue to be Coblated/ Ablated or Coagulated.

   NOTE: Visually reconfirm which Foot Pedal is being pressed (i.e. Yellow for Ablation or Blue for Coagulation).
17. Using the set point level adjustment buttons either on the front of the Controller, or the set point adjustment button on the Foot Control, adjust the set point to the desired power level for the tissue being treated.
18. Press the Ablation function of the Foot Control to activate the Wand. When the Wand is activated, the COBLATION™ Effect will occur and the Wand will illuminate and an audible tone will be emitted from the Controller. The Wand is designed to activate upon contact with tissue. Cobulation dies ellipses of Ablation/ Coagulation will occur.

   Ablation is affected by the selected set point, and pressure on the tissue. Use the lightest pressure which the Wand is passed over the target tissue.

⚠ **CAUTION:** Use the Coagulation function of the Wand to maintain hemostasis as needed immediately following the procedure.

   To Coagulate, direct and contact the Wand tip to the desired tissue. Adjust the desired the coagulation function on the Foot Control. Press the Wand Activation Pedal to activate Coagulation mode, the blue light on the Coagulation Level Display will illuminate.

   NOTE: Ablation is more effective in the Cobblation/Ablation rate may indicate that the Wand may not be functioning optimally. Replace the Wand if the problem persists.

SYSTEM SHUT DOWN

1. Turn the power switch to the "OFF" position, all lights on the controller will go off.
2. Disconnect the irrigation tubing and/or suction tubing.
3. Take care not to drop the flow fluid control with the connector point the Wand toward the floor and disconnect the flow control cable from the controller.
4. DO NOT attempt to separate the Wand from the Cable component.
5. Discard the used Wand as per policy for medical waste.

SAFETY FEATURES

The safety features of the COBLATOR II System are outlined in the User's Manual which is supplied with the COBLATOR II Controller.

The maximum voltage rating for the EVAC Wand is 300 Volts.

HOW SUPPLIED

The Wand is supplied sterile, and is for SINGLE USE ONLY. DO NOT clean, resterilize, or reuse the Wand, as this may

FRANÇAIS

Rx Only

Dispositif COBLATOR™ II EVAC™ PLASMA WAND® avec câble intégré

Mode d'emploi

INDICATIONS

Les sondes EVAC sont indiquées pour l'ablation, la résection et la coagulation des tissus mous et pour l'hémostase des vaisseaux sanguins dans les interventions de chirurgie oto-rhino-laryngologique (ORL) notamment : tonsillectomie, les kystes, la chirurgie de la thyroïde du cou, la chirurgie du nez et de la bouche ; l'ablation de la glande sinusale, la mastoïdectomie, la paracentèse du tympan avec sondes de drainage ; la turbinectomie nasale ; le contrôle de l'hémorragie ; la réduction des cornets hypertrophiques ; les indications rhinopharyngées et laryngées, y compris les procédures trachéales, la polypectomie du larynx et le chirurgie des nodules des cordes vocales du larynx ; le retrait d'une masse dans le cou, le retrait de chéloïdes de papillomes, la résection sous-muqueuse du palais, la réduction des tissus sous-muqueux, l'amygdalectomie (amygdales palatines), l'ablation des tissus des turbinés inférieurs du palais (pour le traitement du ronflement : Ce dispositif est prévu pour des interventions utilisant des milieux conducteurs, comme du sérum physiologique ou du lactate de Ringer.

CONTRE-INDICATIONS

Les sondes EVAC sont contre-indiquées dans les cas suivants : interventions non endoscopiques pour la chirurgie sinusale endoscopique fonctionnelle, interventions pour lesquelles une solution d'irrigation conductrice n'est pas utilisée et patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils électroniques implantés.

⚠ **AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS**

Avertissements

Hémorragie post-amygdalectomies

- L'hémorragie post-amygdalectomie est une complication potentiellement grave qui a fait l'objet de nombreuses médicale aussi bien chez des patients adultes que chez des patients pédiatriques. Il est rapporté que cette complication serait liée à l'utilisation des dispositifs COBLATION™ ainsi qu'à celle d'autres méthodes.
- Les médecins doivent scrupuleusement observer les consignes, en particulier les rubriques « Nécessité d'une formation » et « Étapes clés pour l'utilisation du système », afin de réduire le risque de survenue d'hémorragie post-amygdalectomie.
- Au cours de la procédure et à la fin de celle-ci, les médecins doivent contrôler avec soin la plaie opératoire pour s'assurer d'une hémostase correcte de tous les sites opératoires.
- Les médecins doivent surveiller attentivement les patients en post-opératoire afin de déceler tout signe d'hémorragie post-amygdalienne et la traiter rapidement si elle est observée.
- Les médecins doivent connaître le risque d'hémorragie post-amygdalienne chez les patients adultes et pédiatriques et informer les patients et leurs accompagnants sur les risques et les symptômes qui y sont associés. En cas de symptômes, le patient doivent contacter immédiatement un médecin.

Utilisation générale

- VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'UTILISATION QUI EST FOURNI AVEC LE DISPOSITIF COBLATION™ II AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. LE GÉNÉRATEUR ET LES SONDES SONT CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS COMME UNE UNITÉ.
- La sonde est fournie stérile et est exclusivement destinée à UN USAGE UNIQUE. NE PAS nettoyer, restériliser ou réutiliser la sonde, au risque de fonctionner ou de compromettre les performances du dispositif et de provoquer un dysfonctionnement, une défaillance ou une blessure du patient. Le nettoyage, la restérilisation ou la réutilisation de la sonde pourrait également exposer le patient à un risque de transmission de maladies infectieuses ou pourrait provoquer une usure irrégulière des électrodes entraînant un dysfonctionnement.
- Ce produit est stérilisé par irradiation.
- Il ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

ÉLIMINATION

Le dispositif doit être éliminé conformément aux réglementations nationales en vigueur et au plan de gestion des déchets médicaux du établissement.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Pour des instructions relatives au fonctionnement et au dépannage du système COBLATOR II, consulter le manuel d'utilisateur.

SERVICE CLIENTÈLE

Informations sur la garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de matériel, de fonctionnement et de fabrication uniquement pour un usage unique. NE PAS RÉUTILISER. **CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES, IMPLICITES ET/OU LÉGALES, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION ET/OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES LES AUTRES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS DE LA PART D'ARTHROCARE.**

Réclamations produit et autorisations de retour

Toute question, réclamation ou demande d'autorisation de retour doit être adressée au Service clientèle ou à un représentant autorisé.

EXPLICATION DES SYMBOLES

REF	Numéro de référence
LOT	Numéro de lot
	Date de péremption
	Consulter le mode d'emploi
	Ne pas réutiliser
	Ne pas restériliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Tenir au sec
	Conserver à l'abri de la lumière
	Mise en garde
	Indique la présence de phtalates : phtalate de bis(2-éthylhexyle)
STERILE R	Stérilisé par irradiation
	Fabricant
EC REP	Représentant agréé dans la Communauté européenne

Rx Only

ATTENTION : la vente et la fabrication de ce dispositif aux États-Unis, ou produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.

Marque CE et numéro d'identification de l'organisme notifié. Le produit respecte les exigences essentielles de la Directive européenne sur les dispositifs médicaux (93/42/CEE).

*Marque de commerce de Smith & Nephew.

Ces produits peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets américains. Voir smith-nephew.com/patents pour de plus amples détails.

© Smith & Nephew 2018.

6. Fixer la régulation de débit à une potence pour intraveineuse en plaçant la pince arrière sur la tige de la potence. Bien solidement fixer/enable à la potence en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

   S'assurer que les connecteurs du câble du régulateur de débit sont complètement secs avant de les utiliser.
7. Raccorder une extrémité du câble du régulateur de débit à la prise noire du régulateur de débit situé à l'avant du générateur et l'autre extrémité à la prise située à l'arrière du générateur. Les deux côtés du câble du régulateur de débit sont interchangeables.
8. Raccorder le tuyau d'aspiration à la poignée d'aspiration chirurgicale standard.

   REMARQUE : surveiller visuellement les raccords d'aspiration de la sonde et de la source d'aspiration pendant toute la durée de l'intervention. Ne pas tenir compte de la fonction de la sonde pour s'assurer que l'écoulement de liquide s'éloigne du champ opératoire et dans un réceptacle prévu à cet effet.

⚠ **ATTENTION :** l'utilisateur doit contrôler l'écoulement de la solution d'irrigation depuis la sonde quand celle-ci n'est pas positionnée dans la zone de traitement afin d'éviter tout risque de brûlure potentiel.

⚠ **ATTENTION :** éviter tout contact entre la ligne d'aspiration et le patient, dans la mesure où les matières évacuées pourraient présenter un danger et entraîner des brûlures susceptible d'entraîner des brûlures du patient.
9. Fermer complètement le clamp à rouleau sur la tubulure d'irrigation sur la sonde.
10. Perforer la poche d'irrigation avec la tubulure d'irrigation de la sonde et accrocher sur la potence pour intraveineux.

    REMARQUE : la poche d'irrigation doit se trouver plus haut que le patient afin de garantir un fonctionnement approprié (hauteur recommandée : 1 mètre).
11. Appuyer sur l'interrupteur d'activation du débit situé à l'avant du régulateur de débit pour le positionner sur « On » et activer manuellement le système. L'éclairage du voyant vert situé à l'avant du régulateur de débit indique que le système est activé.
12. Connecter la tubulure de délivrance du liquide d'irrigation de la sonde au rotateur situé à l'avant du régulateur de débit. L'opération est facilitée en étirant la partie de la tubulure d'irrigation qui doit être insérée dans le rotateur à manchon.
13. Régler le débit au moyen du clamp à molette sur la tubulure d'irrigation pour obtenir le débit souhaité sur permettre la sonde utilisée.

    REMARQUE : avec la sonde EVAC, ouvrir à fond le clamp à molette afin d'obtenir un flux continu du liquide d'irrigation pendant la sonde.

⚠ **ATTENTION :** lors de l'amorçage de la ligne d'irrigation de la sonde et du réglage du débit, tenir l'embout de la sonde à l'écart du patient afin d'éviter toute projection de la solution d'irrigation pouvant présenter un risque de brûlure pour le patient.
14. Appuyer sur l'interrupteur d'activation du débit situé à l'avant du régulateur de débit pour le positionner sur « Auto » (c'est-à-dire que le voyant vert situé à l'avant du régulateur de débit ne sera pas allumé). Le système est maintenant prêt à être utilisé.

⚠ **ATTENTION :** ne pas activer la pédale de commande avant que la sonde ne soit en contact avec les tissus cibles.

⚠ **ATTENTION :** l'utilisateur doit avoir conscience de la possibilité d'une stimulation électrique des tissus musculaires pendant l'utilisation du système Coblation.

⚠ **ATTENTION :** le sérum physiologique qui s'écoule de l'écouffle lors de son passage à travers la sonde peut devenir chaud. Éviter d'irriguer les zones qui ne sont pas traitées. Lors de l'amorçage ou du nettoyage de la sonde, veiller à bien balayer la pointe pour ramasser pour recueillir l'excès de sérum physiologique. Une blessure thermique (brûlure) du patient ou de l'utilisateur peut survenir.
16. Sous contrôle visuel direct ou endoscopique, placer l'extrémité de la sonde en contact avec les tissus devant faire l'objet d'une cobblérisation ou d'une coagulation.

    REMARQUE : vérifier visuellement la pédale des deux pédales est activée (à savoir la pédale jaune pour le mode Ablation ou la pédale bleue pour le mode Coagulation).
17. En utilisant soit les boutons de réglage situés à l'avant du générateur, soit le bouton de réglage situé sur la pédale de commande, régler le niveau des points de consigne approprié pour le tissu en cours de traitement.
18. Actionner la fonction Ablation sur la pédale de commande pour activer la sonde. Lorsque la sonde est activée, le voyant jaune situé en dessous de l'affichage du niveau de cobblation s'allume et le générateur émet un signal sonore. Les électrodes doivent toujours rester en contact avec le tissu devant faire l'objet d'une cobblation ou d'une ablation pour fonctionner. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les tissus. Il suffit de placer la sonde en contact avec le tissu devant faire l'objet d'une cobblation ou d'une ablation pour que l'effet COBLATION™ et l'ablation ou la coagulation des tissus commence.

    L'ablation est influencée par le point de consigne sélectionné, et la pression exercé sur les tissus et la sonde à laquelle elle est appliquée sur les tissus. Utiliser la pression la plus légère possible pour faire passer la sonde sur les tissus cibles.

⚠ **ATTENTION :** utiliser la fonction de coagulation de la sonde pour maintenir l'hémostase si nécessaire immédiatement après la procédure.

    Pour coaguler, mettre directement en contact l'extrémité de la sonde avec les tissus souhaités et abaisser la pédale d'activation de la sonde en mode de coagulation. Lorsque la sonde est activée en mode coagulation, le voyant bleu situé au-dessus de l'affichage du niveau de coagulation s'allume.

    REMARQUE : une réduction marquée de la vitesse de cobblation/d'ablation peut indiquer que la sonde ne fonctionne pas de manière optimale. Remplacer la sonde si le problème persiste.

ARRÊT DU SYSTÈME

1. Pour arrêter le système, tourner le commutateur en position d'arrêt « Off » ; tous les voyants du générateur doivent s'éteindre.
2. Déconnecter la tubulure d'irrigation et/ou la tubulure d'aspiration.
3. Veiller à ne pas laisser tomber le régulateur de débit avec le connecteur, pointer la sonde vers le sol et déconnecter le câble de la sonde du générateur.
4. NE PAS essayer de détacher la sonde de son câble.
5. Éliminer la sonde usagée conformément aux réglementations en vigueur en matière de gestion des déchets médicaux.

SÉCURITÉ

Les fonctionnalités de sécurité du système COBLATOR II sont traitées dans le manuel d'utilisation qui est fourni avec le système COBLATOR II.

La tension nominale maximale de la sonde EVAC est de 300 Volts.

PRÉSENTATION

La sonde est fournie stérile et est exclusivement destinée à UN USAGE UNIQUE. NE PAS nettoyer, restériliser ou réutiliser la sonde, au risque de fonctionner ou de compromettre les performances du dispositif et de provoquer un dysfonctionnement, une défaillance ou une blessure du patient. Le nettoyage, la restérilisation ou la réutilisation de la sonde pourrait également exposer le patient à un risque de transmission de maladies infectieuses ou pourrait provoquer une usure irrégulière des électrodes entraînant un dysfonctionnement

Ce produit est stérilisé par irradiation.

Il ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

ÉLIMINATION

Le dispositif doit être éliminé conformément aux réglementations nationales en vigueur et au plan de gestion des déchets médicaux du établissement.

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Siehe Bedienungsanleitung für Richtlinien zu Betrieb und Fehlersuche von COBLATOR II-Systemen.

KUNDENDIENST

Garantieangaben

Dieses Produkt ist bezüglich Material, Funktion und Verarbeitung nur für den Einmalgebrauch garantiert. **DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN, IMPLIZITEN UND/ODER GESETZLICHEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG UND/ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SOWIE ALLE SONSTIGEN VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNG SEITENS ARTHROCARE SIND AUSGESCHLOSSEN.**

Produktbeschwerden und Rücksendegenehmigung

Jegliche Fragen, Beschwerden oder Anforderungen von Rücksendegenehmigungen sind an den Kundendienst oder einen autorisierten Repräsentanten zu richten.

SYMBOLSLEGENDE

REF	Katalognummer
LOT	Chargennummer
	Verwendbar bis
	Bitte Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht zur Wiederverwendung
	Nicht erneut sterilisieren
	Bei beschädigter Packung nicht verwenden
	Trocken aufbewahren
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Vorsicht
	Weist das Vorhandensein von Phthalaten aus: Bis(2-ethylhexyl)phthalat
STERILE R	Sterilisation durch Bestrahlung
	Hersteller
EC REP	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft

Rx Only

VORSICHT: Gemäß der Bundesgesetzgebung der USA darf dieses Produkt ausschließlich von einem Arzt bzw auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

CE-Kennzeichnung und Kennnummer der benannten Stelle. Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie (93/42/EEG).

*Markenzeichen von Smith & Nephew.

Diese Produkte sind evtl. durch mindestens ein US-Patent geschützt. Nähere Einzelheiten unter smith-nephew.com/patents.

© Smith & Nephew 2018.

ITALIANO

Rx Only

COBLATOR™ II EVAC™ PLASMA WAND® con cavo integrato

Istruzioni per l'uso

INDICAZIONI PER L'USO

I manipoli EVAC sono indicati per l'ablazione, resezione e coagulazione di tessuti molli e l'emostasi di vasi sanguigni nelle procedure chirurgiche di otorinolaringoiatria (ORL) tra cui adenoidectomia, cisti, chirurgia di testa, collo, cavo orale e naso; mastoidectomia, miringotomia con inserimento di tubicini; Mastoidectomia, Miringotomia; nel effettivo Bluteingiustinillo; turbinectomia nasale; per il controllo dell'emorragia; per il controllo, l'ostruzione nasale per riduzione dei turbinati nasali ipertrofici; per indicazioni rinofaringee e laringee, compresi le procedure tracheale, la polipectomie della laringe e la chirurgia delle corde vocali della laringe; la retrait d'une masse dans le cou, le retrait de chéloïdes de papillomes, la résection sous-muqueuse du palais, la réduction des tissus sous-muqueux, l'amygdalectomie (amygdales palatines), l'ablation des tissus des turbinés inférieurs du palais (pour le traitement du ronflement : Ce dispositif est prévu pour des interventions utilisant des milieux conducteurs, comme du sérum physiologique ou du lactate de Ringer.

CONTROINDICAZIONI

I manipoli EVAC sono controindicati nei seguenti casi: procedure non endoscopiche per l'ESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery); chirurgia endoscopica funzionale nelle sinusaliti, procedure in cui non viene utilizzato un liquido irrigante conduttivo e pazienti con pacemaker cardiaci o altri dispositivi elettronici impiantati.

⚠ **AVVERTENZE e PRECAUZIONI**

Avvertenze

Emorragia post-tonsillectomia

- L'emorragia post-tonsillectomia è una complicanza potenzialmente grave riportata in letteratura per pazienti adulti e pediatrici. Si verifica in seguito all'uso dispositivi COBLATION™ così come in seguito all'uso di altri metodi.
- Per ridurre il rischio di emorragia post-tonsillectomia, i medici devono seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso, in particolare quanto esposto nelle sezioni Requisiti di formazione per gli operatori e Procedure principali per l'uso del sistema.
- Nel corso e al termine della procedura, i medici devono ispezionare attentamente la ferita per assicurarsi che tutti i vasi siano stati correttamente coagulati.
- I medici devono monitorare attentamente i pazienti dopo l'intervento per eventuali segni di emorragia post-tonsillectomia e trattare prontamente l'emorragia, se presente.
- I medici devono conoscere il rischio di emorragia post-tonsillectomia nei pazienti adulti e pediatrici e spiegare ai pazienti e ai loro accompagnatori i rischi e i sintomi associati a questa complicanza. In caso di sintomi, il paziente deve rivolgersi immediatamente a un medico.

Uso generale

- LEGGERE IL MANUALE DELL'OPERATORE FORNITO CON IL SISTEMA COBLATOR II PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. IL GENERATORE E LA SONDA DEVONO FUNZIONARE COME UNITÀ.
- La sonda viene fornita sterile ed è esclusivamente destinata a UN SOLO UTILIZZO. NON pulire, risterilizzare o riutilizzare la sonda, in quanto questa operazione può compromettere le prestazioni del dispositivo e causare malfunzionamento, guasto o lesioni al paziente. Inoltre, la pulizia, la risterilizzazione o il riutilizzo del manipolo possono esporre il paziente al rischio di trasmissione di malattie infettive o causare un'usura irregolare degli elettrodi, con conseguenti malfunzionamenti.
- L'erogazione di soluzioni conduttive, ad esempio soluzione fisiologica o lattato di Ringer, avviene mediante una combinazione di gravità e un'unità di controllo del flusso.
- Collegare l'unità di regolazione del flusso a un'asta per flebo posizionando il morsetto posteriore sull'asta. Fissare l'unità all'asta per flebo ruotando la manopola in senso orario.

  Prima dell'uso, assicurarsi che i connettori dell'unità di regolazione del flusso siano completamente asciutti.
- Collegare un'estremità del cavo di controllo del flusso nell'unità di regolazione del flusso posteriore e l'altra estremità alla presa posta sul retro dell'unità di regolazione del flusso. Le estremità del cavo di controllo del flusso sono intercambiabili.
- Collegare il tubo per aspirazione al pezzo manipolo da aspirazione chirurgica standard.

  NOTA: monitorare visivamente e ispezionare periodicamente le connessioni tra la sonda e la fonte di aspirazione durante tutta la durata della procedura. Non fare affidamento sulla sonda per accertarsi che il fluido defluisca dal campo operatorio e arrivi nel contenitore idoneo.

⚠ **ATTENZIONE:** l'operatore deve tenere sotto controllo il gocciolamento di soluzione irrigante dal manipolo quando questo non si trova nell'area da trattare per evitare potenziali ustioni.

⚠ **ATTENZIONE:** evitare il contatto tra la linea di aspirazione e il paziente, in quanto il materiale evacuato potrebbe essere caldo e pertanto provocare ustioni nel paziente.
9. Chiudere completamente il regolatore di flusso sul tubo di irrigazione del manipolo.
10. Infilare il tubo di irrigazione del manipolo nella sacca di irrigazione e appendere la sacca all'asta per flebo.

    NOTA: la sacca d'irrigazione deve essere posta più in alto del paziente per una corretta erogazione (altezza consigliata 1 metro / 3 piedi).
11. Portare in posizione 'On' l'interruttore di attivazione del flusso posto sulla parte frontale dell'unità della valvola di controllo del flusso per attivare manualmente il sistema. La spia verde situata sulla parte frontale dell'unità di controllo del flusso si accende per indicare che l'unità è attivata.
12. Caricare il tubo di erogazione dell'irrigazione del manipolo nella valvola a pinza situata sulla parte frontale dell'unità della valvola di controllo del flusso. Questa operazione agevola tendendo la sezione del tubo di irrigazione da pinzare con la valvola.
13. Impostare la portata con il regolatore di flusso posto sul tubo di irrigazione; viene visualizzata la portata prevista per il manipolo utilizzato.

    NOTA: per il manipolo EVAC, aprire completamente il regolatore di flusso per ottenere un flusso continuo di soluzione irrigante durante la COBLATION.

⚠ **ATTENZIONE:** quando si esegue il primings della linea di irrigazione e si imposta la portata, tenere la punta del manipolo lontana dal paziente, dato che le gocce di soluzione irrigante potrebbero provocare ustioni.
14. Portare in posizione 'Auto' l'interruttore di attivazione del flusso posto sulla parte frontale dell'unità della valvola di controllo del flusso (la spia verde situata sulla parte frontale dell'unità di controllo del flusso non sarà più illuminata). Il sistema è ora pronto per l'uso.

⚠ **ATTENZIONE:** Non attivare il pedale finché la sonda non è a contatto con il tessuto bersaglio.

⚠ **ATTENZIONE:** l'operatore deve essere consapevole della potenziale stimolazione elettrica del tessuto muscolare durante la COBLATION.

⚠ **ATTENZIONE:** la soluzione fisiologica può scaldarsi durante il passaggio nella sonda. Evitare di irrigare tessuti fisiologica di cautela su aree non trattate. Quando si primings o si pulisce la sonda, assicurarsi che la punta sia ben pulita per raccogliere la soluzione fisiologica in eccesso. Gli ustioni provocate dalla soluzione fisiologica o dalla sonda possono causare lesioni termiche all'operatore o al paziente.
16. Sotto la guida visiva diretta o endoscopica, poggiare la punta della sonda sul tessuto da sottoporre a cobblazione/ablazione o coagulazione.

    NOTA: verificare di nuovo visivamente quale pedale è premuto (ad esempio giallo per ablazione o blu per coagulazione).
17. Utilizzare i tasti di regolazione del set point sulla parte frontale del controller o il tasto corrispondente sul comando a pedale, regolando il set point sul livello di potenza richiesto per il tessuto.
18. Premere la funzione di ablazione del comando a pedale per attivare il manipolo. Quando il manipolo viene attivato, la spia gialla sulla parte frontale del controller si accende ed il controller emette un segnale acustico. Gli elettrodi devono essere sempre a contatto con il tessuto da trattare per la cobblazione/ablazione durante l'attivazione del sistema. Non è necessario premere sui tessuti. È sufficiente posizionare la sonda a contatto con il tessuto da trattare per la cobblazione/ablazione per attivare la COBLATION e iniziare l'ablazione o la coagulazione dei tessuti.

    L'ablazione è influenzata dal set point selezionato, dalla pressione esercitata sul tessuto e dalla pressione esercitata sulla sonda. Esercitare la pressione più leggera possibile durante il passaggio della sonda sul tessuto bersaglio.

⚠ **ATTENZIONE:** in caso di necessità, utilizzare la funzione di coagulazione della sonda per mantenere l'emostasi immediatamente dopo la procedura.

    Per coagulare, porre la punta del manipolo a diretto contatto con il tessuto bersaglio. Regolare il livello di coagulazione sul comando a pedale. Quando il manipolo viene attivato nella modalità di coagulazione, la spia blu sul display del livello di coagulazione si accende.

    NOTA: una riduzione notevole dell'velocità della cobblazione/ablazione può indicare che il manipolo non funziona in modo ottimale. Sostituire il manipolo se il problema persiste.

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

Portare l'interruttore di accensione "OFF", tutte le spie presenti sul controller si spegneranno.

Staccare il tubo di irrigazione e/o il tubo di aspirazione.

Impedire all'asta di entrare a contatto con il connettore. Portare il manipolo verso il pavimento e disconnettere il connettore del cavo del manipolo dal controller.

NON tentare di separare il manipolo dal componente del cavo.

Smaltire il manipolo usato in base alla prassi in uso per i rifiuti sanitari.

FUNZIONI DI SICUREZZA

Le funzioni di sicurezza del sistema COBLATOR II sono illustrate nel manuale dell'utente fornito con il controller COBLATOR II.

La tensione massima per i manipoli EVAC è pari a 300 volt.

FORNITURA

Il manipolo viene fornito sterile ed è MONOUSO. NON pulire, risterilizzare o riutilizzare il manipolo, in quanto queste operazioni potrebbero compromettere le prestazioni con conseguenti malfunzionamenti, guasti o lesioni al paziente. La risterilizzazione o il riutilizzo del manipolo possono anche esporre il paziente al rischio di trasmissione di malattie infettive o provocare un'usura irregolare degli elettrodi, con conseguenti malfunzionamenti.

Il prodotto è sterilizzato mediante radiazione.

Non realizzato con lattice di caucciù naturale.

ELIMINAZIONE

Il dispositivo deve eliminarsi da accordo con los reglamentos nacionales en vigor y el plan de gestión de residuos médicos del establecimiento.

MANTENIMENTO E RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Consultare il manuale dell'operatore per le linee guida di funzionamento e risoluzione dei problemi del sistema COBLATOR II.

SERVIZIO CLIENTI

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto è garantito per materiali, funzionamento e manodopera esclusivamente per l'impiego monouso. NON RIUTILIZZARE. **QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE, IMPLICITE E/O LEGALI, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ E/O ADEGUATEZZA A UNO SCOPO PARTICOLARE, NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DA PARTE DI ARTHROCARE.**

Reclami relativi al prodotto e autorizzazione al reso

Domande, reclami o richieste di autorizzazione al reso devono essere indirizzati al Servizio Clienti o a un rappresentante autorizzato.

LEGENDA DEI SIMBOLI

REF	Numero di catalogo
LOT	Numero lotto
	Data di scadenza
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non riutilizzare
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Conservare all'asciutto
	Tenere al riparo dalla luce solare
	Atten

SVENSKA

Rx Only

COBLATOR™ II
EVAC+ PLASMA WAND®-enhet med integrerad kabel

Bruksanvisning

INDIKATIONER
EVAC+ tillåter ablation och reduktion av vävnad och/eller koagulering av mjukvävnad och hemostas av blödande kärl och mindre kärl (upp till 2 mm) i samband med kirurgiska ingrepp som kräver användning av en elektrokirurgisk generator, såsom, huvud-, hals-, mun- och bihålekirurgi; mastektomi; myringotomi med efterföljande tubinsättning; nasal luftvägsobstruktion; smärta i ansikte och käkled; hyperhidrosis i armhålorna; nasofaryngeal/laryngeala indikationer som kräver användning av en elektrokirurgisk generator för kirurgiska ingrepp av ansiktet, huvudet, halsen, subnasala, laryngeala och gommen, kirurgiska ingrepp av gommen, kirurgiska ingrepp av subnasala vävnad, tonsillektomi (inklusive peritonsillarvävnad, tonsillvävnad och adenoidvävnad) och tonsillektomi med adenoidektomi; ablation av tumörer samt vävnad i urvalda gynekologiska ingrepp som kräver användning av en elektrokirurgisk generator för kirurgiska ingrepp av underlivet, bröstkorgen, buken och bäckenet.

KONTRAINDIKATIONER
EVAC-sonder är kontraindicerad i följande fall: icke-endoskopiska ingrepp för funktionell endoskopisk bihålekirurgi; procedurer där en elektrisk ledande sprutpump används för att leverera medel pacemaker och andra elektroniska implantat.

⚠ VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Varningar

- Postoperativ blödning efter tonsillektomi och/eller Post Tonsillectomy Hemorrhage, PTH, är potentiellt allvarlig komplikation för både vuxna och pediatriska patienter, har rapporterats i litteraturen. Den har rapporterats inträffa efter användning av EVAC+ PLASMA WAND® under tonsillektomi.
- Läkaren måste följa denna bruksanvisning noga. Korrekt användning av EVAC+ PLASMA WAND® och lämplig användning av systemet, för att minska risken för PTH.
- Undvik att använda elektrokirurgiska enheter kan elektroder och kablar utgöra banor för högfrekvent ström. Placera kablar så att de inte kommer i kontakt med patienten eller andra kablar. Annan elektrisk utrustning kan utsättas för ström om den är placerad i närheten av systemet.
- Högfrekvent (HF) elektrokirurgisk utrustning kan orsaka oavsiktlig påverka användningen av annan elektronisk utrustning. Övervakningsutrustningen för exempel EKG, elektromagnetisk EMG på så lång avstånd som möjligt från kirurgiska elektroder när kirurgisk HF-utrustning och kvalitativ övervakningsutrustning används samtidigt på samma patient.
- Nålelektroder får användas på patienter omedelbart efter elektromagnetisk EMG rekommenderas ej.
- Överdriven elektrokirurgisk aktivering som är utrustad med enheter som begränsar högfrekvent strömutmatning.

Biverkningar
- Ökad temperatur är förbundet med en naturlig risken för blåsbildningar eller brännskador vid användning av elektrokirurgisk utrustning.
- Risk för postoperativ blödning efter tonsillektomi föreligger vid denna procedur (mer information finns i tidigare publicerade).
- Som en följd av det kirurgiska ingreppet kan skada på omgivande vävnad inträffa.

BRUKSANVISNING
Operatörens utbildning och kompetens
Operatören ska ha erfaring med storhänderskirurgiskola SIN/H i användning av EVAC+ PLASMA WAND® och ska ha genomgått specialutbildning för användning av EVAC+ PLASMA WAND® och en selektiv kirurgisk tekniker. Läkaren ska ha kunskaper om och förståelse för användningen av elektrokirurgisk utrustning och ha en selektiv kirurgisk tekniker. Läkaren måste vara medveten om risken för PTH hos vuxna och pediatriska patienter och vara förtrogen med de kirurgiska ingrepp som är förknippade med användning av EVAC+ PLASMA WAND®.

Förberedelser
- Läkaren måste vara medveten om risken för PTH hos vuxna och pediatriska patienter och vara förtrogen med de kirurgiska ingrepp som är förknippade med användning av EVAC+ PLASMA WAND®.
- Läkaren måste läsa denna bruksanvisning noga. Korrekt användning av EVAC+ PLASMA WAND® och lämplig användning av systemet, för att minska risken för PTH.
- Undvik att använda elektrokirurgiska enheter kan elektroder och kablar utgöra banor för högfrekvent ström. Placera kablar så att de inte kommer i kontakt med patienten eller andra kablar. Annan elektrisk utrustning kan utsättas för ström om den är placerad i närheten av systemet.
- Högfrekvent (HF) elektrokirurgisk utrustning kan orsaka oavsiktlig påverka användningen av annan elektronisk utrustning. Övervakningsutrustningen för exempel EKG, elektromagnetisk EMG på så lång avstånd som möjligt från kirurgiska elektroder när kirurgisk HF-utrustning och kvalitativ övervakningsutrustning används samtidigt på samma patient.
- Nålelektroder får användas på patienter omedelbart efter elektromagnetisk EMG rekommenderas ej.
- Överdriven elektrokirurgisk aktivering som är utrustad med enheter som begränsar högfrekvent strömutmatning.

Biverkningar
- Ökad temperatur är förbundet med en naturlig risken för blåsbildningar eller brännskador vid användning av elektrokirurgisk utrustning.
- Risk för postoperativ blödning efter tonsillektomi föreligger vid denna procedur (mer information finns i tidigare publicerade).
- Som en följd av det kirurgiska ingreppet kan skada på omgivande vävnad inträffa.

BRUKSANVISNING
Operatörens utbildning och kompetens
Operatören ska ha erfaring med otorhinolaryngologiska